

ГУЗ	Тип медицинского оборудования	Количество исследований за ноябрь, шт.	количество исследований в сутки в среднем за ноябрь	Количество исследований за 11 месяцев 2015, шт.	количество исследований в сутки за 11 месяцев 2015	норма нагрузки в сутки	примечание
ГУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 25»	Томограф	1 421	47,37	13 669	40,93	23	
ГУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи № 15»	Томограф	0		6 864	20,55	23	49 дней, ремонт
ГБУЗ «Волгоградский областной клинический онкологический диспансер № 1»	Томограф	251	12,55	3 934	17,56	23	
ГБУЗ ГКБ№1 им С.З.Фишера	Томограф	402	14,36	3 612	16,05	23	
ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая больница № 1»	Томограф	258	12,90	3 569	15,93	23	
ГУЗ «Клиническая больница № 4»	Томограф	577	19,23	4 961	14,72	23	2 дня, Поломка блока реконструкций
ГУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 25»	Томограф	0		1 098	14,26	23	57 дней, Ремонт
ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая больница № 1»	Томограф	285	14,25	1 683	12,65	23	91 день, ремонт, замена трубки
ГБУЗ «Урюпинская ЦРБ имени В.Ф.Жогова»	Томограф	407	13,57	2 737	12,22	23	
ГБУЗ «Городская клиническая больница № 3»	Томограф	341	17,05	2 392	11,23	23	11 дней, поломка оборудования
ГБУЗ «Михайловская ЦРБ»	Томограф	251	12,55	2 421	10,81	23	
ГБУЗ «Волгоградский областной клинический онкологический диспансер № 1»	Томограф	217	10,85	951	9,61	23	125 дней, неисправность
ГБУЗ «Михайловская ЦРБ»	Томограф	487	24,35	1 923	8,58	23	
ГКУЗ «Волгоградский областной клинический противотуберкулезный диспансер»	Томограф	250	12,50	1 385	6,18	23	60 дней, поломка аппарата
ГБУЗ «Волгоградский областной клинический онкологический диспансер № 1»	Томограф	135	7,94	1 252	5,69	23	3 неисправность базы данных, 1 день дозиметрический контроль
ГУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи № 7»	Томограф	145	7,25	1 071	5,41	23	26 дней, тех. Неисправность
ГУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи № 15»	Томограф	875	29,17	1 139	4,79	23	
ГБУЗ Волгоградская областная детская клиническая больница	Томограф	134	6,70	1 065	4,75	23	26 дней, поломка
ГБУЗ «Волгоградский областной клинический кардиологический центр»	Томограф	0		834	4,46	23	36 дней, неисправность
ГБУЗ «Палласовская ЦРБ»	Томограф	0		0		23	264 дней, неисправность
ВСЕГО	20	6 436	16,41	56 560	12,44	23	

ГУЗ	Тип медицинского оборудования	Количество исследований за ноябрь, шт.	количество исследований в сутки в среднем за ноябрь	Количество исследований за 11 месяцев 2015, шт.	количество исследований в сутки за 11 месяцев 2015	норма нагрузки	примечание
ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая больница № 1»	МРТ	597	29,85	6 934	30,96	20	
ГУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 25»	МРТ	494	22,45	5 494	30,02	20	55 дней, Ремонт
ГБУЗ «Волгоградский областной клинический кардиологический центр»	МРТ	409	18,59	3 740	16,77	20	
ВСЕГО	3	1 500	23,63	16 168	25,92	20	

ГУЗ	Тип медицинского оборудования	Количество исследований за ноябрь, шт.	количество исследований в сутки в среднем за ноябрь	Количество исследований за 11 месяцев 2015, шт.	количество исследований в сутки за 11 месяцев 2015	норма нагрузки	Причины простоя в отчетном периоде
ГБУЗ «Волгоградский областной клинический кардиологический центр»	Ангиограф	330	12,22	1 962	7,79	15	42 дня, неисправность
ГУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 25»	Ангиограф	170	8,10	1 052	5,13	15	33 дня, Отпуск специалиста, ремонт
ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая больница № 1»	Ангиограф	114	5,70	762	3,40	15	
ВСЕГО	3	614	8,67	3 776	5,44	15	