

**Информация по выполнению плана флюорографического  
исследования по состоянию на 01.12.2016**

№ п/п	Наименование ГУЗ	План на 2016 г.	Выполнение плана (кол-во человек/ %)	Примечание
1	ГБУЗ "Быковская ЦРБ"	21101	9795 (46,4 %)	Стационарный флюорограф 1997 года выпуска, в связи с чем, пропускная способность аппарата низкая ( при выполнении более 40 исследований выходит из строя). Передвижной флюорограф из ГБУЗ «Николаевская ЦРБ» в настоящее время находится на ремонте.
2	ГБУЗ "ЦРБ Ольховского муниципального района"	15100	7750 (51,3%)	Простой флюорографа за 11 месяцев составил 83 дня (поломка аппарата)
3	ГБУ "ЦРБ Руднянского муниципального района"	11700	10916 (93%3)	
4	ГБУЗ "Иловлинская ЦРБ"	27294	17071 (62,5%)	Частая поломка флюорографического аппарата 1989 года выпуска.
5	ГБУЗ "Палласовская ЦРБ"	24616	17955 (72,9%)	
6	ГБУЗ "ЦРБ Суровикинского муниципального района"	29434	23499 (79,8%)	
7	ГБУЗ "Урюпинская ЦРБ им. В.Ф.Жогова"	56525	348725 (61,6%)	